

Mońki, dn. 07.04.2022r.



## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę odczynników i dzierżawę analizatora parametrów krytycznych dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Mońkach.**

**Znak sprawy: SPZOZ-VI-262/PU/6/2022**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do zapytania ofertowego oraz zmienia treść zapytania:

### **Pytanie 1**

Dotyczy: Załącznik nr 2, wzór umowy: § 9, pkt 2.

Zamawiający wymaga, aby asortyment był dostarczany z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia.

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności, licząc od daty dostawy? Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę urządzenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 2**

Dotyczy: Załącznika nr 1, pkt 5 (Tabela wymaganych parametrów )

Zamawiający w pkt. 5 wymaga: „Pomiar hematokrytu i hemoglobiny przez aparat”

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym dokonujący pomiaru hematokrytu, na podstawie którego wyliczany jest parametr hemoglobiny ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 3**

## Dot. Pkt. 16 3 LETNIA DZIERŻAWA ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z ODCZYNNIKAMI

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby jako jedną z form świadczenia usług serwisowych był zdalny nadzór serwisowy nad analizatorem/analizatorami realizowany za pomocą usługi LiveConnect, której szczegóły przedstawiamy w załączniku do pytania. Pragniemy zwrócić uwagę, iż usługa LiveConnect zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych Państwa pacjentów. Usługa gromadzi jedynie dane dotyczące wydajności analizatora i oprogramowania, takie jak status urządzenia, kalibracja, kontrola jakości i wyniki obserwacji. Dane dotyczące stanu zdrowia i dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO) i ustawie o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA) nie będą przekazywane.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie 4**

1. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku bezpośredniego pomiaru hematokrytu i wyliczanej z hematokrytu hemoglobiny lub bezpośredniego pomiaru hemoglobiny i wyliczanego na jej podstawie hematokrytu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy oferent musi uwzględnić w ofercie podłączenie do LIS Prometeusz, czy tylko zapewnić techniczną możliwość aparatu do podłączenia?

**Odpowiedź: Wykonawca musi uwzględnić w ofercie podłączenie do systemu LIS – system PROMETEUSZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy – Lp.17, kolumna " Elementy zestawu podstawowego [minimalne parametry techniczne i użytkowe, warunek]" dokonuje zmiany:**

**z treści o brzmieniu:**

"Możliwość podłączenia do systemu LIS – system PROMETEUSZ"

**na treść o brzmieniu:**

"Podłączenie do systemu LIS – system PROMETEUSZ".

3. Czy Zamawiający zgodzi się na maksymalny termin ważności odczynników 4 m-ce od daty dostawy. Oferent posiada odczynniki w stałej dostępności, więc przy założeniu zamówień co 1-2 m-ce Zamawiający będzie otrzymywał świeże odczynniki, bez konieczności tworzenia niepotrzebnych zapasów po swojej stronie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

## **ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym zapytaniu, wyznaczając nowy termin na dzień 08.04.2022 r.

W związku z powyższym treść:

1. Rozdziału 6 pkt 10 zapytania otrzymuje brzmienie:

„10. Termin składania ofert – 08.04.2022r.”

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

**Marek Karp**